

## 低频电磁辐射分析仪 NF-5035

### 字符显示调整方法

NF-5035 低频电磁辐射分析仪采用黑白屏显示，且内部保护电路设计，使得在电源低电量情况下显示有点不“清晰”，是因为电路节能保护作用，属于正常情况。如需要调整显示可通过功能菜单键下“Bright 显示亮度”调整，具体如下：

1. 开机，单安主菜单



2. 按【向下键】导航，选择 Bright 子菜单



3. 按【确认键】选择进入 Bright



4. 调节显示左侧【波轮】，增加字符显示深度



向上波动【增加亮度】

向下波动【减少亮度】

按【确认键】，确认调节。按【主菜单键】返回测量显示界面进行测量

P.S. 电池可更换成 7.4V/3000mA，外匹配 USB 充电器（当电池没电，可使用充电宝供电）