

Rav 1.0 -----2025.7.17

# TBESDMP1 ESD静电靶安装板 说明书



# 1. 概述

TBESDMP1 静电放电 (ESD) 目标安装面板的尺寸符合 2025 年发布的 IEC 61000-4-2 第 3 版中引入的更改,该版本取代了 2008 年的第 2 版。垂直校准平面的尺寸从 120 厘米×120 厘米变更为 120 厘米×160 厘米, ESD 目标的位置从面板中心移至距地面 100 厘米处。



TBESDMP1 防静电靶安装面板

# 2. 应用

#### 1. ESD静电枪校准

## 3. 规格

符合标准	IEC61000-4-2 第3版
上 大	120×60cm
静电放电目标位置	100cm @ 距离地面
面板材料	A5052 @铝,2mm厚
支撑框架	2020铝型材,120×160×50 cm
重量	15.8 Kg

## 4. 订购信息:

型 <del>号</del>	描述
TBESDMP1	ESD静电靶安装板,框架120×160×50 cm

## 5. 选件信息:

型 <del>号</del>	描述
TBESDT1	2Ω防静电靶;20dB衰减器;N-M到SMA-M同轴电缆,100cm, RM141;SMA
	母 转 BNC公-同轴适配器; 铝制手提箱, 校准证书
TBESDT2	  1Ω防静电靶; 20dB衰减器; N-M到SMA-M同轴电缆, 100cm, RM141; SMA
	母 转 BNC公-同轴适配器; 铝制手提箱, 校准证书



深圳市国测电子有限公司

深圳市龙华新区梅龙路粤通综合楼E208